



**Radiodiagnóstico Intervencionista**  
(Cardiológica, Vascular, Cerebral, Ortopédica etc.)

**RENOVAÇÃO DE ALVARÁ**

Deverá ser encaminhada à Vigilância Sanitária através do SIERI, a seguinte documentação:

1. Formulário de Petição;
2. Guia DARE;
3. Comprovante de pagamento da DARE;
4. Cópia do Programa de proteção radiológica e do Programa de Garantia da Qualidade, assinado pelo Responsável Legal da instituição e pelo Supervisor de Proteção Radiológica;
5. Relatório do levantamento radiométrico;
6. Relatório dos testes de controle de qualidade (equipamentos emissores de radiações ionizantes, e vestimentas de proteção individual);
7. Comprovante de treinamento em proteção radiológica relativo ao último ano;
8. Relatório das calibrações e manutenções dos equipamentos (equipamentos emissores de radiações ionizantes, equipamentos/dispositivos de recepção, processamento e visualização de imagens, equipamentos de ar-condicionado, bombas injetoras de contraste, desfibrilador);
9. Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS);
10. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO);
11. Programa de gerenciamento de Riscos (PGR);
12. Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) do sistema de climatização;
13. Certificado do Programa de Controle Integrado de Pragas Urbanas (desinsetização e desratização);
14. Certificados de limpeza e desinfecção dos reservatórios de água;
15. Cópia dos relatórios dosimétricos referentes aos 3 últimos meses;
16. Certificado de regularidade do SIERI para “Dose do Trabalhador” e “Dose do Paciente”;
17. Formulário de Auto-inspeção do serviço de radiologia intervencionista devidamente preenchido no SIERI.

Obs: O serviço deve realizar a solicitação de renovação do alvará 30 dias antes da data de seu vencimento, para fazer a solicitação o serviço deve entrar no SIERI e preencher o formulário de auto-inspeção, ao terminar o preenchimento do formulário o serviço deve inserir todos os demais documentos necessários a renovação no item “selecionar arquivos”, somente após isto é que deverá ser finalizado a inspeção.