



Radiodiagnóstico Odontológico
(Raios-X Odontológico IntraOral, Panorâmico e Tomógrafo de Feixe Cônico)

ALVARÁ INICIAL

Deverá ser encaminhada à Vigilância Sanitária para avaliação, a seguinte documentação e nesta sequência:

1. Formulário de Petição;
2. Guia DARE;
3. Comprovante de pagamento da DARE;
4. Cópia do Programa de proteção radiológica e do Programa de Garantia da Qualidade, assinado pelo Responsável Legal da instituição e pelo Supervisor de Proteção Radiológica;
5. Comprovante de contratação de dosimetria pessoal;
6. Cópia da Nota Fiscal de compra do(s) equipamento(s) emissor(es) de radiações ionizantes;
7. Comprovante da contratação e da qualificação do Responsável Técnico (RT);
8. Comprovante da contratação e da qualificação dos técnicos;
9. Declaração de regularidade junto aos Conselhos Profissionais;[
10. Planta baixa com posicionamento dos equipamentos e leiaute das salas;
11. Projeto básico de arquitetura;
12. Relatório do levantamento radiométrico;
13. Relatório dos testes de controle de qualidade (equipamentos emissores de radiações ionizantes, e vestimentas de proteção individual);
14. Cópia do Programa de Educação Permanente;
15. Relatório das calibrações/manutenções dos equipamentos emissores de radiações ionizantes;
16. Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS);
17. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO);
18. Programa de gerenciamento de Riscos (PGR);
19. Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) do sistema de climatização;
20. Certificado do Programa de Controle Integrado de Pragas Urbanas (desinsetização e desratização);
21. Certificados de limpeza e desinfecção dos reservatórios de água;
22. Certificado de regularidade para “Dose do Trabalhador” emitido no SIERI.